

Số: ~~636~~ /TM-TTYT
(Vv: Mời báo giá thiết bị y tế)

Hàm Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua đầu dò siêu âm Linear để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên với danh mục thiết bị y tế cụ thể như sau:

(Có Phụ lục danh mục đính kèm)

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên;
- Địa chỉ: số 952, tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Dương Văn Trọng – Phụ trách thiết bị y tế; Số điện thoại: 0914778480; Địa chỉ Email: duongminhtrong@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên, số 952, tổ Dân phố Tân Bình, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang.
- Hoặc nhận qua email: duongminhtrong@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h ngày 07 tháng 01 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng ĐD-KSNK-KHNV để đăng Website Trung tâm Y tế
- Lưu VT-TTYT

GIÁM ĐỐC



Phùng Duy Bảo

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM YÊN



PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời chào giá số 636 /TM-TTYT ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên)

1. Đầu dò siêu âm

TT	Yêu cầu mức tối thiểu
I	YÊU CẦU CHUNG
1	Năm sản xuất: Hàng hoá được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100%
2	Tiêu chuẩn sản xuất: Nhà sản xuất phải có chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương
3	Nguồn điện sử dụng: Sử dụng nguồn điện 1 pha, 220 VAC $\pm$ 10% /50Hz
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Đầu dò siêu âm: 01 cái
II	YÊU CẦU KỸ THUẬT
1	Dải tần số: $\leq 4.0 - \geq 12.0$ MHz
2	Góc lái tia 2D: max. $\pm \geq 15^\circ$
3	Góc lái tia Doppler màu: max. $\pm \geq 15^\circ$
4	Góc lái tia Doppler xung: max. $\pm \geq 15^\circ$
5	Số lượng chấn tử: ≥ 190
6	Tiết diện tiếp xúc: ≥ 50 mm
7	Trường nhìn tối đa: ≥ 153 mm
8	Độ sâu hiển thị tối đa: ≥ 160 mm
9	Bộ dẫn đường sinh thiết: Bộ dẫn kim sinh thiết Start
10	Giá đỡ sinh thiết
11	Góc dẫn đường sinh thiết: $\geq 48^\circ$
12	Tương thích với: Hệ thống siêu âm ACUSON X700
13	Hệ thống siêu âm ACUSON X600
14	Các loại thăm khám: Vú, mạch máu não, cấp cứu, cơ xương khớp, chỉnh hình, mạch ngoại biên, tình hoàn, tuyến giáp, tĩnh mạch
15	Thuộc tính thiết kế: • Đầu dò tuyến tính băng thông rộng
16	Hình ảnh định dạng ảo
17	Đầu dò sử dụng công nghệ lens Hanafy
III	YÊU CẦU KHÁC
1.	Thời gian bảo hành hàng hoá ≥ 12 tháng
2.	Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm y tế huyện Hàm Yên
3.	Thời gian cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: 08 năm